



ประกาศสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

ที่ วค. ๔/๒๕๕๗ (ตทช.)

เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน ๑ รายการ

กรมปศุสัตว์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน ๑ รายการ ตามรายการ ดังนี้

แผ่นกรอง Depth filter ขนาด ๔๐x๔๐ ซม. จำนวน ๑๘,๐๐๐ แผ่น

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุนชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ นครราชสีมา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายจัดซื้อ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อ.ปากช่องจ.นครราชสีมา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ฝ่ายจัดซื้อ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อ.ปากช่องจ.นครราชสีมา ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dld.go.th/biologic หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๓๑-๑๔๗๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖


(นายนิเทศ เลิศลิ้มชลาสัย)


ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์


1. ชื่อ แผ่นกรอง Depth filter ขนาด 40 x 40 ซม. ✓
2. ลักษณะทั่วไป เป็นแผ่นกรองหยาบที่ใช้ในการกรองน้ำยาเคมีสำหรับเพาะเลี้ยงเซลล์และเชื้อไวรัส
3. ลักษณะเฉพาะ
 - 3.1 แผ่นกรองทำมาจาก Cellulose fiber (non-asbestos fiber)
 - 3.2 เป็นแผ่นกรองชนิด Depth filter
 - 3.3 ขนาด 40 x 40 ซม.
 - 3.4 น้ำหนัก / ตารางเมตร = 1,300 กรัม (± 50 กรัม)
 - 3.5 หนา 3.7 มม. (± 0.1 มม.)
 - 3.6 น้ำหนัก / ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.35 กรัม
 - 3.7 Ash content สูงสุดไม่เกิน 50%
 - 3.8 Bursting strength $\geq 2.0 \times 10^2$ Kpa
 - 3.9 Permeability ไม่น้อยกว่า $65 \text{ L.m}^{-2} \text{ min}^{-1}$
 - 3.10 Bacteria retention capacity (E. coli in 0.9% NaCl Solution) = 10^7 CFU/cm²
 - 3.11 Cations soluble in 0.05 N H₂SO₄-Solution หรือ CH₃COOH Solution
 - 3.11.1 Ca²⁺ < 1,500 mg / m²
 - 3.11.2 Mg²⁺ < 400 mg / m²
 - 3.11.3 Fe^{2+/3+} < 75 mg / m²
 - 3.11.4 Al³⁺ < 400 mg / m²
 - 3.12 โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน DIN EN ISO 9001
 - 3.13 แผ่นกรองได้รับมาตรฐาน Drug Master File No. DMF 9926, Biological Master File No.BB-MF4797, Device Master File No.MAF 427


4. ข้อกำหนดอื่น ๆ


- 4.1 ผู้เสนอราคาต้องจัดส่งตัวอย่างเพื่อทำการทดสอบคุณภาพไม่น้อยกว่า 100 แผ่น มาในวันยื่นซอง โดยใช้เวลาในการทดสอบ 15 วัน ผลการพิจารณาเป็นเอกสิทธิ์ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งผู้เสนอราคาจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหรือโต้แย้งใด ๆ มิได้ หากมีค่าใช้จ่ายในการทดสอบ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายนี้ทั้งหมด
- 4.2 บรรจุในกล่องกระดาษ ขนาดบรรจุ 100 แผ่น/กล่อง
- 4.3 ส่งมอบที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางกมลทิพย์ ธีญพิมล)


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางนิตยา เมตตา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวณิศา ภาสะฐิติ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายรังสรรค์ รักกุลวิทยา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายไชยิต สินสุวงศ์วัฒน์)

ลงชื่อ..........กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวนุรี ทรัพย์เจริญ)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นายฤทธิ์สื่อชัย ปู่สูงเนิน)